

## คุณลักษณะเฉพาะพัสดุ

๑. ชื่อพัสดุ : ลู่วิ่งสำหรับออกกำลังกาย

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน :

สำหรับออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพและความแข็งแรงของร่างกาย และระบบไหลเวียนเลือด

๓. คุณลักษณะทั่วไป :

๓.๑ เป็นเครื่องออกกำลังกายระบบสายพาน

๓.๒ มีราวจับด้านข้าง

๓.๓ แสดงผลการออกกำลังกายได้ ดังนี้ ระยะเวลารวม, ระยะทาง, ความเร็วเฉลี่ย, พลังงานในหน่วย kcal

๔. คุณลักษณะเฉพาะ : มีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้

๔.๑ กำลังมอเตอร์ ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ วัตต์ และไม่น้อยกว่า ๓.๒ แรงม้า (HP)

๔.๒ สามารถปรับความเร็วได้ตั้งแต่ ๐.๑ กิโลเมตร / ชั่วโมง สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๘ กิโลเมตร / ชั่วโมง เพิ่มขึ้นละไม่เกิน ๐.๑ กิโลเมตร / ชั่วโมง

๔.๓ สามารถปรับความชันได้ตั้งแต่ -๑๐% ลงไป ถึง +๑๔% ขึ้นไป

๔.๔ ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มควบคุมบนหน้าจอ

๔.๕ มี Dual Stop Technology (DST) สำหรับฝึกกล้ามเนื้อแบบ Concentric และ Eccentric

๔.๖ มีโปรแกรมการออกกำลังกายให้เลือกใช้ ไม่น้อยกว่า ๕ โปรแกรม

๔.๗ สามารถบันทึกโปรแกรมในการออกกำลังกายได้อย่างน้อย ๓๐ โปรแกรม

๔.๘ มีโปรแกรมทดสอบสมรรถภาพให้เลือกใช้ ไม่น้อยกว่า ๕ โปรแกรม และสามารถทำทดสอบ ๖ Minutes Walk Test ได้

๔.๙ สามารถตั้งเป้าหมายในการออกกำลังกายได้ ดังนี้ ระยะทาง เวลา พลังงาน การลดน้ำหนัก เพิ่มสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพหัวใจ

๔.๑๐ รองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กิโลกรัม

๔.๑๑ มีระบบ Emergency Stop สำหรับหยุดการทำงานฉุกเฉิน

๔.๑๒ มีปุ่มหยุดการทำงานบนแผงหน้าจอ

๔.๑๓ ขนาดของพื้นที่ลู่วิ่ง (กว้าง x ยาว) ไม่น้อยกว่า ๔๕ x ๑๔๕ cm.

๔.๑๔ กำลังไฟฟ้า ๒๒๐ - ๒๔๐ โวลท์/ ๕๐-๖๐ เฮิร์ตซ์

๔.๑๕ ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย

๕. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน :

๕.๑ Polar ๑ ชุด

๕.๒ Elastic and for the Polar ๑ ชุด

๖. เงื่อนไขอื่นๆ :


๖.๑ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน


๖.๒ ผู้ขายรับประกันซ่อมพร้อมอะไหล่ อย่างน้อย ๑ ปี


๖.๓ ผู้ขายเครื่องมือแพทย์จะต้องแสดงหลักฐานการผลิต หรือนำเข้าอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

๖.๔ ในระหว่างระยะเวลาประกันผู้ขายจะต้องส่งช่างเข้ามาตรวจสอบ และบำรุงรักษาทุก ๔ เดือน

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ลงชื่อ   
(นายแพทย์สุชาติ หงษ์) แพทย์  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ   
(นายสิริศักดิ์ เพ็ชรชัย)  
กรรมการ

ลงชื่อ   
(นายอนุชา แสงอรุณ)  
กรรมการ