

ขอบเขตของงาน Terms of Reference : TOR
รายการเวชภัณฑ์และอุปกรณ์อวัยวะเทียม ในการผ่าตัดส่องกล้องปอดและหลอดลม
จำนวน 6 รายการ

1. หลักการ

เพื่อให้บริการ และรักษาผู้ป่วยทางด้านส่องกล้องปอดและหลอดลม ของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้ได้มาซึ่งเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และเพียงพอในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อการรักษาและผ่าตัดเกี่ยวกับผ่าตัดส่องกล้องปอดและหลอดลม

2.2 เพื่อให้การจัดซื้อเวชภัณฑ์ มีความถูกต้อง ตรงตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอ

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อครั้งนี้

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นเสนอให้แก่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการยื่นข้อเสนอครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10 ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

3.11 เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) (ถ้ามี)

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการเป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ)0405.2/ว124 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 ดังนี้


(1) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า 1 ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก 1 ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดพิจารณาและโปรดลงนาม




(ประธานกรรมการ)

(นายแพทย์พรชัย โอภาสปัญญาสาร)



พ.ร. ๒๐๑๗ ๑๙๓๐๖ (กรรมการ)

(นางสาวยุภาพร จานเมือง)



(กรรมการ)

(นางสาวลลนา ประจักษ์ศิลป์)

(2) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีกิจการรายงานงบแสดงฐานะการเงิน กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ (พิจารณาตามวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง)

- (2.1) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน
- (2.2) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท
- (2.3) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท
- (2.4) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท
- (2.5) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 20 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 60 ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 8 ล้านบาท
- (2.6) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 60 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 150 ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท
- (2.7) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 150 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 300 ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 60 ล้านบาท
- (2.8) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 300 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท
- (2.9) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 500 ล้านบาทขึ้นไป ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท


(3) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(4) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน 90 วัน)


(5) กรณีตาม (1) -(4) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

- (5.1) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ
- (5.2) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561
- (5.3) งานก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุมีผลใช้บังคับ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดพิจารณาและโปรดลงนาม

 (ประธานกรรมการ)
(นายแพทย์พรชัย โอภาสปัญญาสาร)

พ.ร. ญาณ งามต่อ (กรรมการ)
(นางสาวญาณพร งามเมือง)

 (กรรมการ)
(นางสาวลลนา ประจักษ์ศิลป์)

4. คุณลักษณะเฉพาะ

4.1 สายปากคีบชิ้นเนื้อผ่านกล้องส่องตรวจทางเดินหายใจ รายการที่ 1 จำนวน 80 ชิ้น

คุณลักษณะทั่วไป

ใช้สำหรับตัดและเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อในระบบทางเดินหายใจ โดยใช้ร่วมกับกล้องส่องตรวจระบบทางเดินหายใจ

คุณลักษณะเฉพาะ

1. เป็นอุปกรณ์สำหรับทำหัตถการผ่านกล้องส่องตรวจที่มีขนาดของช่องอุปกรณ์ ไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิเมตร
2. สายมีความยาว 1,050 มิลลิเมตร
3. ปากอุปกรณ์เป็นแบบวงรี ซึ่งอยู่บริเวณส่วนปลายของสายปากคีบตัดชิ้นเนื้อ
4. ปากคีบทำจาก Stainless steel และมีฟังก์ชันสวิง ทำให้ปากสามารถขยับขึ้นลงได้เพื่อปรับตำแหน่งปากคีบไปยังตำแหน่งที่ต้องการให้ง่ายขึ้น
5. สายปากคีบตัดชิ้นเนื้อมีลักษณะเป็นสายกลมและยาว มีด้ามจับเพื่อควบคุมการเปิดปิดและปลายสายอีกด้านหนึ่งเป็นปากคีบตัดชิ้นเนื้อ
6. เป็นอุปกรณ์ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง
7. ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว
8. ได้รับอนุญาตนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
9. มี Lot.ผลิตและวันหมดอายุระบุบนผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน
10. เป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน

4.2 เข็มเก็บชิ้นเนื้อผ่านกล้องส่องปอดชนิดอัลตราซาวด์ รายการที่ 2 จำนวน 20 ชิ้น

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเข็มสำหรับดูดเก็บเนื้อเยื่อในการส่องกล้องปอดเพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรค


คุณลักษณะเฉพาะ

1. เข็มมีขนาด 22G
2. สามารถปรับความยาวเข็มได้ระหว่าง 20-40 มม.
3. สามารถใช้งานร่วมกับกล้องส่องตรวจที่มีขนาดของช่องใส่เครื่องมือ ไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
4. สายมีความยาวใช้งาน 700 มม.
5. เป็นอุปกรณ์ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง
6. ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว
7. ได้รับอนุญาตนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
8. มี Lot.ผลิตและวันหมดอายุระบุบนผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน
9. เป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดพิจารณาและโปรดลงนาม


..... (ประธานกรรมการ)
(นายแพทย์พรชัย โอภาสปัญญาสาร)

น.ร. จุฬาร งามเชื้อ
..... (กรรมการ)
(นางสาวจุฬาร งามเชื้อ)


..... (กรรมการ)
(นางสาวลลนา ประจักษ์ศิลป์)

4.3 บอลลูนสวมปลายกล้องส่องตรวจปอดชนิดอัลตราซาวด์ รายการที่ 3 จำนวน 60 ชิ้น

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นบอลลูนสวมปลายกล้องสำหรับใช้ร่วมกับกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมระบบวิดีโอทัศนียภาพความเสี่ยง ความถี่สูง เพื่อใช้ในการทำหัตถการ ในการตรวจวินิจฉัยโรค

คุณลักษณะเฉพาะ

1. ทำจากวัสดุที่มียางเป็นส่วนประกอบ
2. สามารถใช้งานร่วมกับกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมระบบวิดีโอทัศนียภาพความเสี่ยง ความถี่สูง โดยการครอบที่ ปลายของกล้องส่องตรวจก่อนการทำหัตถการ
3. อุปกรณ์ชนิดนี้เป็นแบบใช้ครั้งเดียว
4. ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว
5. ได้รับอนุญาตนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
6. มีLot.ผลิตและวันหมดอายุระบุบนผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน
7. เป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน

4.4 Trocar สำหรับใช้ร่วมกับกล้อง ส่องตรวจปอดและเยื่อหุ้มปอดรายการที่ 4 จำนวน 20 ชิ้น

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นชุดอุปกรณ์ใช้ร่วมกับกล้องส่องตรวจปอดและเยื่อหุ้มปอด

คุณลักษณะเฉพาะ

1. เป็น Trocar ขนาด 8 มม.
2. สามารถใช้ได้กับกล้องรุ่น LTF-160
3. เป็นอุปกรณ์ชนิดใช้ครั้งเดียวทั้ง
4. ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว
5. ได้รับอนุญาตนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
6. มีLot.ผลิตและวันหมดอายุระบุบนผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน
7. เป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน

4.5 แปรงเก็บชิ้นเนื้อบริเวณปอดและหลอดลม รายการที่ 5 จำนวน 100 ชิ้น


คุณลักษณะทั่วไป

ใช้สำหรับเก็บตัวอย่างเซลล์หรือชิ้นเนื้อ โดยใช้งานร่วมกับกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลม

คุณลักษณะเฉพาะ

1. สามารถใช้งานร่วมกับกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลม ที่มีช่องใส่อุปกรณ์หรือเครื่องมือขนาด ไม่น้อยกว่า 2.0 มม..
2. แปรงมีความยาวในส่วนใช้งาน 1,150 มม.
3. แปรงมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.0 มม.

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดพิจารณาและโปรดลงนาม

 (ประธานกรรมการ)  (กรรมการ)  (กรรมการ)
(นายแพทย์พรชัย โอภาสปัญญาสาร) (นางสาวยุภาพร จานแข็ง) (นางสาวลลนา ประจักษ์ศิลป์)

4. มีปลอกหุ้มสำหรับใส่แปรงเพื่อเก็บตัวอย่างเซลล์
5. ส่วนปลายของแปรง เป็นโลหะ ที่สามารถมองเห็นได้จากการใช้ fluoroscopy หรือ ภาพรังสีเอกซเรย์
6. ส่วนปลายของแปรง ที่ทำหน้าที่เก็บตัวอย่างเซลล์ ประกอบด้วยเส้น nylon ที่มีความยาว 10 มม.
7. เป็นอุปกรณ์ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง
8. ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว
9. ได้รับอนุญาตนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
10. มี Lot.ผลิตและวันหมดอายุระบุบนผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน
11. เป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน

4.6 โพรบอัลตราซาวด์ขนาดเล็กสำหรับใช้ในแขนงปอด รายการที่ 6 จำนวน 1 ชิ้น

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นสายอุปกรณ์สำหรับกำเนิดคลื่นอัลตราซาวด์ชนิด mechanism ผ่านกล้องส่องตรวจระบบทางเดินหายใจ โดยต่อร่วมเข้ากับ Driving probe และเครื่องกำเนิดอัลตราซาวด์ เพื่อควบคุมการหมุนของสายให้ผลภาพอัลตราซาวด์

คุณลักษณะเฉพาะ


1. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกส่วนปลาย 1.4 มิลลิเมตร
2. ภาควิธีการแสดงผล แบบ B-mode
3. ใช้ความถี่ 20 MHz ทำให้ได้ภาพที่มีความละเอียดสูง
4. วิธีการสแกน เป็นแบบ Mechanical radial scanning
5. ทิศทางการสแกนตั้งฉากกับทิศทางการใส่อุปกรณ์
6. วิธีการสัมผัส เป็นแบบ De-aerated Water Immersion หรือ การสัมผัสโดยตรง
7. ความยาวใช้งาน 2,150 มิลลิเมตร
8. ความยาวรวม 2,225 มิลลิเมตร
9. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อใส่เครื่องมือที่สามารถใช้งานได้ ไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิเมตร
10. ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว
11. ได้รับอนุญาตนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
12. มี Lot.ผลิตและวันหมดอายุระบุบนผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน
13. เป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน

5. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือข้อบกพร่องของสิ่งของตามสัญญา เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามที่ได้ตกลงไว้โดยถูกต้องครบถ้วน โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หาก สิ่งของตามสัญญานี้ เกิดชำรุดบกพร่องหรือข้อบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการเปลี่ยนของใหม่ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการเปลี่ยนของใหม่ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ถ้าผู้ขายมีการส่งสินค้าที่มีอายุการใช้งานน้อยกว่า 2 ปีให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ขายตกลงรับประกัน การรับเปลี่ยนคืนสินค้าที่เหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 12 เดือน เป็นสินค้าที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไปให้แก่ผู้ซื้อ โดยผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดพิจารณาและโปรดลงนาม

 (ประธานกรรมการ)
  น.ร. จุฬารัตน์ (กรรมการ)
  (กรรมการ)

(นายแพทย์พรชัย โอภาสปัญญาสาร)
 (นางสาวจุฬารัตน์ จานเมือง)
 (นางสาวลลนา ประจักษ์ศิลป์)

6. ค่าปรับ

ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ .20 (จุดสองศูนย์) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบนับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบตามใบสั่งซื้อจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำส่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามใบสั่งซื้อ หรือจนถึงวันที่ผู้ซื้อได้ซื้อสิ่งของที่จะต้องชำระตามใบสั่งซื้อนั้นจากบุคคลอื่น ในกรณีนี้ผู้ขายยอมรับผิดชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

7. ระยะเวลาดำเนินงาน/ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

ทยอยส่งสินค้า

ผู้ขายตกลงว่าจะส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อตามปริมาณ ณ สถานที่ และในวันเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งซื้อแต่ละคราวภายใน 30 วัน (วันทำการ) ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกให้เรียบร้อย

8. เงื่อนไขการชำระเงิน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะชำระเงินภายหลังจากที่ผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงว่าจำนวนปริมาณที่จะซื้อที่กำหนดไว้เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนจะซื้อที่แท้จริงอาจมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ซื้อจะจ่ายเงินค่าสินค้าให้กับผู้ขายตามราคาต่อหน่วยของราคาสินค้าที่ใช้จริงไม่เกินวงเงินตามสัญญา ผู้ขายจะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกสินไหมทดแทน อันเกิดจากการที่จำนวนปริมาณงานได้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา

ในกรณีที่ผู้ซื้อมีความจำเป็นต้องใช้สินค้าเพิ่มมากกว่าจำนวนที่คู่สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณที่ได้ประมาณไว้ซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการส่งมอบตามสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ผู้ขายยินยอมที่จะขายสินค้าและปฏิบัติตามรายละเอียดในสัญญาในราคาที่ต่ำกว่าหรือราคาเดิมภายใต้เงื่อนไขที่ดีกว่าหรือเงื่อนไขเดิม

สามารถเฉลี่ยรายการในการเบิกจ่ายได้ โดยเบิกจ่ายตามความเป็นจริง


9. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด (พิจารณาเฉพาะแต่ละรายการ) โดยผู้ชำนาญการใช้งาน

10. วงเงินในการจัดหา

งบประมาณในการซื้อในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน 643,650.00 บาท (หกแสนสี่หมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดพิจารณาและโปรดลงนาม

 (ประธานกรรมการ) น.ส. อภพร งามเพ็ญ (กรรมการ)  (กรรมการ)
(นายแพทย์พรชัย โอภาสปัญญาสาร) (นางสาวอุษุภาพร จานเมือง) (นางสาวลลนา ประจักษ์ศิลป์)