

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ ยี่ห้อTOSHIBA จำนวน 5 เครื่อง โรงเรียน
นักอัตรชาวด์ทางการแพทย์
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 950,000.00 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่
เป็นเงิน 950,000.00..... บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เฉพาะเจาะจง
 - 5.1บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเทค จำกัด.....
 - 5.2
 - 5.3
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

6.1 ผศ.นพ.สุรเชษฐ์ สิริพงษ์สกุล	ประธานกรรมการ.....
6.2 น.ส.พันธจารีย์ หิรัญรัตน์	กรรมการ..... พันศิริ ธีรรัตน์
6.3 น.ส.ชนกธิดา แก้วศรี	กรรมการ..... ชนกธิดา



CMC BIOTECH CO., LTD.
บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเทค จำกัด



FM-CSD-010 (3) , Effective Dated: 05/04/2017

หนังสือเสนอราคา

QUOTATION

ชื่อลูกค้า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ใบเสนอราคาเลขที่ CSD-HQ-SC21/376
Customer's Name ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ Quotation No.
ที่อยู่ 906 ถ.กำแพงเพชร 6 ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Address 906 ถ.กำแพงเพชร 6 ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 02-576-6000 โทรสาร. 02-576-6000 วันที่ 3 กันยายน 2564
Tel. 02-576-6000 Fax. 02-576-6000 Date

บริษัทฯ มีความยินดี ขอเสนอราคาเพื่อให้ท่านได้พิจารณา ดังรายละเอียดข้างล่างนี้

We are pleased to submit our quotations as follows:

รายการที่ Item	รายละเอียด Description	จำนวน Quantity	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	ค่าบริการบำรุงรักษาดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องอัลตราซาวด์ ยี่ห้อ "TOSHIBA" - MODEL : TUS-A300 Platinum S/N: F3A17X2004 - MODEL : TUS-X100 S/N: W5B17X3779 - MODEL : TUS-X100 S/N: W5B17X3780 - MODEL : TUS-X100 S/N: W5B17X3781 - MODEL : TUS-X100 S/N: W5B17X3782 สัญญาบริการ แบบรวมอะไหล่ทุกชนิดและหัวตรวจทรานสดิวเซอร์ (Probe) ปีละ 1 Probe/ 1 เครื่อง และรวมการ Upgrade Software สัญญาเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 (ระยะสัญญา 1 ปี) เข้าบริการทุกๆ 4 เดือน รวม 3 ครั้ง/ปี หมายเหตุ : 1. สัญญาบริการบำรุงรักษาแบบรวมอะไหล่จะไม่รวมอะไหล่ ดังนี้ - อุปกรณ์สิ้นเปลือง และอุปกรณ์ประกอบ - กรณีพบอุปกรณ์ภายในเครื่องบกพร่อง หรือเสียหายจะได้รับการเปลี่ยนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ยกเว้นอุปกรณ์ต่อพ่วง Recorder ต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ที่เป็น Non Toshiba Product มี Thermal Head Ultrasound Scanning Probe และ UPS 2. บริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนหัวตรวจทรานสดิวเซอร์ เมื่อตรวจพบว่าหัวตรวจเสีย ยกเว้นการเสียจากการใช้งานที่ไม่ปกติ เช่น หัวตรวจทรานสดิวเซอร์ชำรุดจากการตกหล่น จำนวนเงิน 887,850.47 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 62,149.53 รวมเป็นเงิน 950,000.00 เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน	1 ปี 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง	887,850.47	887,850.47

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณล่วงหน้า ณ โอกาสนี้

We are forward to your favourable consideration and assure you of our best service at all times.

หมายเหตุ :

Remarks

กำหนดส่งของและติดตั้ง

Delivery and Installation

กำหนดคืนราคา

Validity

รับประกันคุณภาพ

Guarantee Within

ผู้สั่งซื้อ

Buyer's Name

กำหนดชำระเงิน

Terms of Payment

เครดิต

Credit

ผู้เสนอราคา

Seller's Name

แบ่งชำระ 3 งวด

หลังเข้าบริการบำรุงรักษาเครื่องฯ

ตามระเบียบราชการ

(นาย ภูวนศวรร เลิศศิริ ไซชิน)

Service Sale Representative

เบอร์โทร. 092-752-4445



CMC BIOTECH CO., LTD.

บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเทค จำกัด



รายละเอียดการตรวจเช็คเครื่องอัลตราซาวด์ยี่ห้อ "TOSHIBA"

สัญญาบริการแบบรวมอะไหล่

1. ตรวจเช็คสภาพเครื่องฯ ภายนอกพร้อมทำความสะอาด
2. ตรวจเช็คฟังก์ชันการทำงานในโหมดต่างๆ ของตัวเครื่องฯ
3. ทดสอบโปรแกรมการทำงานของเครื่องฯ ด้วย Program Self test System
4. ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของภาพด้วย Multi-purpose Phantom
5. ตรวจสอบภาพ/ทำความสะอาดแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์, Connector, Cables ภายในตัวเครื่องฯ
6. ตรวจสอบ/ปรับแต่งระบบการทำงานของ Low Voltage และ High Voltage Power Supply Unit
7. ตรวจสอบ/ปรับแต่งระบบซอฟต์แวร์ (Upgrade Software)
8. ตรวจสอบ/ทำความสะอาดชุดระบายความร้อนของตัวเครื่องฯ
9. ตรวจสอบ/หล่อลื่นในชุด Trackball unit
10. ตรวจสอบความปลอดภัยโดยรวมของระบบทั้งในส่วน Mechanical และ Electrical
11. ตรวจสอบ Element ของทรานสดิวเซอร์และทดสอบระบบการ Scanning ของหัวตรวจต่างๆ
12. ตรวจสอบ/ปรับแต่งอุปกรณ์ต่อพ่วง Recorder ต่าง ๆ พร้อมทำความสะอาด ภายในแผงวงจรและภายนอกตัวเครื่องฯ
13. ตรวจสอบ/ปรับแต่งการทำงานของภาค Input และ Output ของเครื่อง Voltage Stabilizer
กรณีพบอุปกรณ์ภายในเครื่องบกพร่องหรือเสียหายจะได้รับการเปลี่ยนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ยกเว้นอุปกรณ์สิ้นเปลือง และ
14. อุปกรณ์ต่อพ่วง Recorder ต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ที่เป็น Non Toshiba Product ,Thermal Head, Voltage Stabilizer และ UPS
15. บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยน Probe ปีละ 1 Probe/ 1 เครื่อง กรณีที่ Probe เสีย และไม่รวมอาการเสียจากการใช้งานที่ไม่ปกติ
16. บริษัทฯ จะส่งวิศวกรมาดำเนินการตรวจเช็ค/ปรับแต่งเครื่องฯ ทุกๆ 4 เดือน ภายในระยะเวลา 1 ปี (3 ครั้งต่อปี)
17. บริษัทฯ จะส่งวิศวกรเข้ามาทำการซ่อมแซมหลังจากได้รับการแจ้งซ่อมภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง
18. ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการโทรเรียกแจ้งซ่อมเครื่องฯ และสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง
และรวมถึงการสาธิตการใช้งานต่างๆ เพิ่มเติมให้กับผู้ใช้งาน (Application Specialist Support) โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

