

สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2564 (งบประมาณแผ่นดิน)	เอกสารแนบท้าย หน้า 1/1
--	---	---------------------------


ชื่อรายการครุภัณฑ์ ตู้ดูดควัน

### รายละเอียดครุภัณฑ์

ตู้ดูดควัน ใช้สำหรับดูดไอสารเคมี หรือสารระเหยที่ใช้ในขณะปฏิบัติการ

- วัสดุมีความทนทานต่อสารเคมี ทนทานต่อความชื้น ความร้อนได้เป็นอย่างดี
- กระจกหน้ามีความทนทานต่อความร้อน
- มีขนาด 47.3 x 32.6 x 91.3 เซนติเมตร
- ความเร็วลม 0.5-1.0 m/s
- มีหลอดไฟให้ความสว่าง 800 LUX
- วัสดุ HPL/ceramic/epoxy/PP/stainless steel
- รับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 2 ปี

### ภาพประกอบ



ผ่านการตรวจความถูกต้องแล้ว

ผู้กำหนดรายละเอียด

*(Signature)*

รศ.ดร.ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์  
ประธานกรรมการ

*(Signature)*

ดร.ธนพล ลักนาววัฒน์  
กรรมการ

*(Signature)*

อาจารย์เมธี จินะโกฏิ  
กรรมการ