

ขอบเขตของงาน Terms of Reference : TOR

ชื่อรายการ ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูก Basic set

จำนวน 1 ชุด

1. ความเป็นมา

ด้วยมูลนิธิศรีสว่างวัฒนาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อใช้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทาง การแพทย์ สำหรับติดตั้งและให้บริการ ณ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ราชวิทยาลัยจุฬารัตน์

2. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ประกอบการทำหัตถการผ่าตัดกระดูก

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว (อาจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้)

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

3.11 เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) (ถ้ามี)



(นายแพทย์ณัฐวุฒิ ชนะฤทธิ์ชัย)



(นายแพทย์จักรพล กมลภักดิ์)



(นางสาวกมลวรรณ บุญลือ)

3.12 ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

4. แบบรูปรายการ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

4.1 คุณสมบัติทั่วไป

4.1.1 เป็นชุดเครื่องมือสำหรับผ่าตัดศัลยกรรม

4.1.2 ทำด้วยสแตนเลสปลอดสนิม

4.1.3 สามารถทำให้ปราศจากเชื้อ ได้โดยการนึ่งที่อุณหภูมิ 134 องศาเซลเซียสหรือโดยวิธีอบแก๊สหรือ
แช่น้ำ ยามาเชื้อโรค

4.1.4 วัสดุดีบสำหรับ การผลิตเครื่องมือ ได้มาตรฐาน DIN 58 298และ ISO 7151และ ISO 7741

4.1.5 กล่องบรรจุภัณฑ์ ผ่านมาตรฐานการผลิต EN868-8และ EN ISO 11607-1

4.1.6 ฝากล่องบริเวณด้านบน มีช่องสำหรับให้อากาศ ผ่านเข้าออก เพื่อใช้ร่วมกับแผ่นกรองแบบคที่เรีย
แบบใช้แล้วทิ้ง

4.2 คุณลักษณะเฉพาะ

4.2.1 เครื่องมือถ่างขยายแผลผ่าตัดแบบ Volkmann ชนิดสี่ขาปลายแหลมขนาดใบถ่าง 9x 19 มม.
ความยาว 220 มม. จำนวน 6 ชิ้น

4.2.2 แผ่นกดลำไส้และผนังหน้าท้องแบบ Tuffier ชนิดตัดได้ ขนาดหน้ากว้าง 17 มม., 25 มม. ความ
ยาว 200 มม. จำนวน 3 ชิ้น

4.2.3 เครื่องมือจัดยกระดูก ปลายโค้ง หน้ากว้าง 8 มม. ความยาว 220 มม. จำนวน 6 ชิ้น

4.2.4 เครื่องมือจัดยกระดูก ปลายโค้ง หน้ากว้าง 17 มม. ความยาว 240 มม. จำนวน 6 ชิ้น

4.2.5 เครื่องมือตัดกระดูกแบบ Luer-Stille SQ.Line ปลายโค้ง ขนาด 17 มม. ความยาว 240 มม.
จำนวน 3 ชิ้น

4.2.6 คีมขบกระดูกแบบ Bohler ปากโค้ง ความยาว 155 มม. จำนวน 3 ชิ้น

4.2.7 เครื่องมือแซะยกหลอดเลือดแบบ Freer ชนิดปลายสองด้าน ทุ/แหลม ความยาว 185 มม.
จำนวน 6 ชิ้น

4.2.8 ปากคีบจับเนื้อเยื่อแบบ Cushing ชนิดไม่มีเขี้ยว ความยาว 180 มม. จำนวน 6 ชิ้น

4.2.9 ปากคีบจับเนื้อเยื่อแบบ Waugh ชนิดมีเขี้ยว 1x2 ความยาว 180 มม. จำนวน 6 ชิ้น

4.2.10 เครื่องมือเขาสะและยกกระดูกแบบ Cobb ปลายโค้งมนกว้าง 26 มม. ความยาว 280 มม. จำนวน 2 ชิ้น

4.2.11 เครื่องมือขูดเนื้อเยื่อ SQ.Line ปลายตรงแหลม ขนาด 14 มม. ความยาว 200 มม. จำนวน 3 ชิ้น

4.2.12 เครื่องมือขูดกระดูกและเนื้อเยื่อ เบอร์ 1 ขนาด 6.8 มม. ปลายงอ ความยาว 250 มม. จำนวน 3 ชิ้น

4.2.13 เครื่องมือขูดกระดูกและเนื้อเยื่อแบบ Bruns เบอร์ 5 ขนาด 6.7 มม. ปลายตรง ความยาว 230 มม.
จำนวน 3 ชิ้น

4.2.14 สี่ตอกกระดูกแบบ Stille ปลายตรง หน้ากว้าง 15 มม. ความยาว 205 มม. จำนวน 3 ชิ้น

4.2.15 สี่ตอกกระดูกแบบ Stille ปลายตรง หน้ากว้าง 25 มม. ความยาว 205 มม. จำนวน 3 ชิ้น

4.2.16 สี่ตอกกระดูกแบบ Stille ปลายโค้ง หน้ากว้าง 25 มม. ความยาว 205 มม. จำนวน 3 ชิ้น

4.2.17 คีมหนีบจับกระดูกอ่อนแบบ Bircher-Ganske ปากโค้ง ความยาว 200 มม. จำนวน 2 ชิ้น

4.2.18 เครื่องมือจัดยกระดูก ปลายโค้ง หน้ากว้าง 25 มม. ความยาว 265 มม. จำนวน 4 ชิ้น

4.2.19 เครื่องมือแยกหรือเปิดแผ่นกระดูกแบบ Inge ขนาดปาก 12 มม. ความยาว 275 มม. จำนวน 1 ชิ้น


.....
(นายแพทย์รัฐวุฒิ ชนะฤทธิ์ชัย)


.....
(นายแพทย์จักรพล กมลศักดิ์)


.....
(นางสาวกมลวรรณ บุญลือ)

- 4.2.20 ปากคิบบ์จับเนื้อเยื่อแบบBonney ชนิดมีเขี้ยว 1x2 ความยาว 175 มม. จำนวน 5 ชิ้น
- 4.2.21 เครื่องมือถ่างขยายเนื้อเยื่อและกระดูกแบบ Hibbs ขนาดใบถ่าง 25x75 มม. ความยาว 240 มม. จำนวน 2 ชิ้น
- 4.2.22 เครื่องมือถ่างขยายแผลหน้าท้องแบบ Deaver ระยะความโค้ง 22 มม. ความยาว 215 มม. จำนวน 6 ชิ้น
- 4.2.23 เครื่องมือเขาะเนื้อเยื่อและกระดูกแบบ Langenbeck ปลายขนาด 16 มม.ความยาว 190 มม. จำนวน 2 ชิ้น
- 4.2.24 เครื่องมือถ่างขยายแผลผ่าตัดแบบ Ragnell ขนาดใบถ่าง 5x3 มม. และ 14x6 มม. ความยาว 150 มม. จำนวน 4 ชิ้น
- 4.2.25 คีมจับเข็มเย็บแผลแบบ Hegar-Mayo ชนิดด้ามทองแบบ Durogrip ความยาวรวม 185 มม. จำนวน 4 ชิ้น
- 4.2.26 คีมจับเข็มเย็บแผลแบบ Crile-wood ชนิดด้ามทอง ปาก Durogrip ความยาวรวม 145 มม. จำนวน 2 ชิ้น
- 4.2.27 ปากคิบบ์จับเนื้อเยื่อแบบ Adson แบบละเอียด ชนิดมีเขี้ยว 1x2 ความยาว 120 มม. จำนวน 2 ชิ้น
- 4.2.28 กรรไกรตัดไหม ปลายตรง แแหลม/ทุ่ ความยาว 145 มม. จำนวน 2 ชิ้น
- 4.2.29 ฝาปิดกล่องบรรจุเครื่องมือผ่าตัดชนิดBasis ขนาด ¾ สีเงิน จำนวน 3 ชิ้น
- 4.2.30 กล่องบรรจุเครื่องมือผ่าตัดแบบปราศจากเชื้อ จำนวน 3 ชิ้น
- 4.2.31 ตะกร้าสแตนเลสสตีลแบบมีฐานรองลิ่มม สำหรับใส่เครื่องมือผ่าตัด จำนวน 3 ชิ้น

5. กำหนดส่งมอบพัสดุ

กำหนดระยะเวลาการส่งมอบภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา สถานที่ส่งมอบ ณ อาคาร กรมพระศรีสวางควัฒน โรงพยาบาลจุฬารัตน์

6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

7. วงเงินที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณในการซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูก Basic set ในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน 600,000.00 บาท (หกแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

8. งานและการจ่ายเงิน

มูลนิธิศรีสวางควัฒนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะชำระเงินจำนวน 1 งวดภายหลังจากที่ผู้ขายได้ส่งมอบชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูก Basic set ทั้งหมดแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

9. อัตราค่าปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของภายใน เวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับในอัตรา ร้อยละ 0.20 ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน


.....
(นายแพทย์รัฐชาติ ชนะฤทธิ์ชัย)


.....
(นายแพทย์จักรพล กมลภักดี)


.....
(นางสาวกมลวรรณ บุญลือ)

10. ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบสิ่งของ

11. เงื่อนไขเฉพาะ

11.1 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

11.2 มีเอกสารรับรองว่าเป็นเครื่องที่ได้รับการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ (Certificate of Free sale) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

11.3 การซ่อมแซมหรือแก้ไข หากทำการแก้ไขซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์แล้ว และยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ตามข้อบ่งชี้ของเครื่องมือหรือตามความต้องการของผู้ใช้ ผู้ขายต้องทำการเปลี่ยนเครื่องมือให้ใหม่โดยที่ผู้ซื้อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

11.4 บริษัทผู้ขายต้องแนบแคตตาล็อกและเอกสารที่ระบุคุณสมบัติของสินค้า รุ่นที่เสนอราคา พร้อมทำเครื่องหมายแสดงให้คณะกรรมการพิจารณาผล เห็นได้อย่างชัดเจน มีความน่าเชื่อถือได้ว่าสินค้านั้นที่เสนอราคามีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามที่กำหนด


.....
(นายแพทย์รัฐภูมิ ชนะฤทธิ์ชัย)


.....
(นายแพทย์จักรพล กมลภักดิ์)


.....
(นางสาวกมลวรรณ บุญลือ)