

1. ชื่อโครงการ ด้ามสลายเนื้อเยื่อด้วยคลื่นความถี่สูง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยห้องผ่าตัด โรงพยาบาลจุฬารัตน์
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 550,000.00 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่
เป็นเงิน 550,000.00 บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 บริษัท อุดม เมดิคอล อีควิปเมนต์ จำกัด
 - 5.2
 - 5.3
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
 - 6.1 นายแพทย์พุดผิพันธ์ ขาติธรรมรักษ์ ประธานกรรมการ
 - 6.2 นางสาวสิริสรณ์ เฉลิมชัยกิจ กรรมการ 
 - 6.3 นางสาววรัญญา รินสาย กรรมการ 

ใบเสนอราคา

เรียน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล
 เสนอ โรงพยาบาล จุฬารัตน์
 ที่อยู่ เลขที่ 54 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
 กรุงเทพฯ 10210

เลขที่ I20100737
 วันที่ 30/10/2020
 กำหนดส่งภายใน (วัน) 120 วัน
 กำหนดยื่นราคาภายใน (วัน) 120 วัน

โทร 02-5766000

ลำดับ	รหัสสินค้า	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วยละ	ส่วนลด	จำนวนเงิน
1	92-112	MICRO SUCTION PEN HANDPIECES / 92-112	1 ชุด	500,000.00		500,000.00
2	240K0095	Connective cable for Micro-Handpieces / 240K0095 ผลิตภัณฑ์ชื่อ : SORING ประเทศ : GERMANY	1 ชิ้น	50,000.00		50,000.00

หมายเหตุ / Remark

 บริษัท อุดม เมดิคอล อีควิปเมนต์ จำกัด
Udom Medical Equipment Co., Ltd.

(ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ส่วนลด 0.00%
 รวมจำนวนเงิน 514,018.69
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 35,981.31
 จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 550,000.00

ผู้อนุมัติซื้อ

พนักงานขาย
 คุณณิชญะ
 089-4743949

ผู้อนุมัติ

วันที่ / /.....

วันที่ / /.....

วันที่ / /.....

คุณลักษณะเฉพาะพิเศษ ค้ำสลายเนื้อเยื่อด้วยคลื่นความถี่สูง

(Micro Suction Pen Handpiece 35kHz, Long Angled 92-112)

1.ความต้องการ ค้ำสลายเนื้อเยื่อ(Micro Suction Pen Handpiece)

2.วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับสลายเนื้อเยื่อ(Dissection) โดยคลื่นความถี่สูงและชนิดของเหลวโดยการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลภายในค้ำให้เกิดแรงดันสะท้อนตามแนวอนของค้ำเพื่อใช้ในการสลายเนื้อเยื่อ(Dissection)โดยไม่เป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อข้างเคียงและไม่มีกระแสไฟฟ้าผ่านเนื้อเยื่อสามารถเลือกใช้ค้ำสลายเนื้อเยื่อ(Dissection) ที่มีควมถี่ขนาด 35 KHZ ได้ และระบบฉีดของเหลวประเภทน้ำเกลือ

3. คุณสมบัติทั่วไป

3.1 ใช้สำหรับสลายเนื้อเยื่อ(Dissection) การผ่าตัดทั่วไป (Neuro Surgery)

4. คุณลักษณะเฉพาะ

4.1 ค้ำสลายเนื้อเยื่อ Micro Handpiece แบบ Angle ความถี่ 35 KHZ ปลายค้ำมีขนาดความยาวของการทำงาน(Working length) ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 105 มม.และ ปลายเส้นผ่าศูนย์กลางมีขนาดไม่น้อยกว่า 2.3 มม. /1.7 มม. (Outside diameter/Inside diameter) มีน้ำหนักไม่เกิน 83 กรัมสามารถนั่งฆ่าเชื้อโรคได้

5. เงื่อนไขเฉพาะ

- 5.1 มีคู่มือการดูแลรักษา และการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด
- 5.2 มีช่างผ่านการอบรมการตรวจซ่อมอย่างมีประสิทธิภาพ
- 5.3 มีอะไหล่ไว้บริการซ่อมบำรุงไม่น้อยกว่า 5 ปี
- 5.4 รับประกันคุณภาพ 1 ปี
- 5.5 เป็นผลิตภัณฑ์ของทวีปยุโรปประเทศเยอรมันนีหรือสหรัฐอเมริกา